

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ: Změna čárových kódů na označení výrobků Cook

Od dubna 2016 začne společnost Cook Medical postupně vyřazovat jeden ze dvou čárových kódů na označení našich výrobků. V současné době jsou na označení dva čárové kódy; krátký čárový kód v horní části označení výrobku a dlouhý čárový kód v dolní části označení výrobku.

Dlouhý čárový kód obsahuje globální identifikační číslo obchodní položky (GTIN) GS1, číslo šarže a datum expirace. Protože krátký čárový kód obsahuje číslo GTIN, které je rovněž obsaženo v dlouhém čárovém kódu, odstraňujeme krátký čárový kód z označení našich výrobků. Po odstranění krátkého čárového kódu bude označení našich výrobků jednodušší a nebude obsahovat nadbytečné informace.

V případě jakýchkoli dotazů můžete kontaktovat Shared Service Center na ssc.distributors@cookmedical.com nebo +353 61239240

The diagram shows the packaging for a 'Fixed Core Wire Guide Safe-T-J® Curved'. It includes the following information:

- Product name: Fixed Core Wire Guide Safe-T-J® Curved
- Reference numbers: REF TSCF-35-145-3 and REF G00511
- Dimensions: .035", 145cm, 3mm
- Barcode labels: A small barcode at the top right and a larger barcode at the bottom.
- Annotations:
 - A red box points to the small barcode: "Tento krátký čárový kód bude postupně vyřazen z označení našich výrobků." (This short barcode will be gradually removed from our product labeling.)
 - A red box points to the large barcode: "Tento dlouhý čárový kód zůstane na označení výrobků." (This long barcode will remain on the product labeling.)
- Barcode data: The large barcode contains the following information: (01)00827002005112(17)000004(10)Test12345. This is broken down into:
 - GTIN: 00827002005112
 - Datum expirace: 000004
 - Číslo šarže: Test12345
- Other details: The packaging also includes 'STERILE EO', '2000-00-00', 'LOT Test12345', '2015-11-04', 'Rx only', 'COOK MEDICAL', 'Cook Incorporated 750 Daniels Way Bloomington, IN 47404, USA', 'MADE IN USA', 'Vollmann Cook (Europe) AG', 'Standard 6 DCL - 4852', 'CE 0088', and 'EC REP'.

Časté dotazy

Odpovědi na vaše dotazy ohledně změny čárových kódů na označení výrobků Cook Medical

Co se změní na označení výrobků Cook?

Na označení našich výrobků jsou v současné době dva čárové kódy; krátký čárový kód v horní části označení výrobku a dlouhý čárový kód v dolní části označení výrobku. Odstraníme krátký čárový kód na označení našich výrobků.

Kdy k této změně dojde?

Od dubna 2016 začne společnost Cook postupně vyřazovat krátké čárové kódy z označení našich výrobků. Po tomto datu možná uvidíte krátké čárové kódy na označeních výrobků vytištěných před dubnem 2016 a na označeních výrobků ze závodů společnosti Cook, které ještě nezastavily tisk krátkých čárových kódů. Eventuálně všechny závody Cook zastaví tisk krátkých čárových kódů na označení výrobků Cook.

Proč odstraňujeme krátký čárový kód z označení našich výrobků?

Dlouhý čárový kód obsahuje informace krátkého čárového kódu. Odstraněním krátkého čárového kódu odstraníme nadbytečnost a zjednodušíme označení našich výrobků.

Koho kontaktovat, pokud potřebujete pomoci?

- V případě těchto problémů kontaktujte poskytovatele softwaru:
 - Skener nemůže přečíst dlouhý čárový kód.
 - Software nemůže rozdělit data v čárovém kódu na číslo GTIN, číslo šarže a datum expirace.
 - V případě tohoto problému kontaktujte Cook's Shared Service Center na ssc.distributors@cookmedical.com nebo +353 61239240
 - Skener přečte dlouhý čárový kód, ale data chybí nebo se nenačtou do systému softwaru.

Jaké informace obsahuje náš dlouhý čárový kód?

