

AVISO IMPORTANTE: Cambio en los códigos de barras de las etiquetas de los productos Cook

En abril de 2016, Cook Medical empezará a retirar uno de los dos códigos de barras de las etiquetas de nuestros productos. En la actualidad, las etiquetas tienen dos códigos de barras: uno corto, cerca de la parte superior de las etiquetas del producto, y uno largo, cerca de la parte inferior de dichas etiquetas.

El código de barras largo contiene el número mundial de producto comercial (Global Trade Item Number, GTIN) GS1, el número de lote y la fecha de caducidad del producto. El código de barras corto contiene el mismo GTIN incluido en el código de barras largo y, por este motivo, vamos a eliminarlo de las etiquetas de nuestros productos. La eliminación del código de barras corto simplificará las etiquetas de los productos y eliminará la información redundante.

Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con nuestro Shared Service Center en es.orders@cookmedical.com o llamando al +34 912702691

The diagram shows a product label for a 'Fixed Core Wire Guide Safe-T-J® Curved'. The label includes the following information:

- Product Name: Fixed Core Wire Guide Safe-T-J® Curved
- Reference: REF TSCF-35-145-3
- Reference: REF G00511
- Dimensions: .035", 145cm, 3mm
- Barcode (Short): A small barcode located near the top right of the label, which is highlighted with a red box and a callout indicating it will be removed.
- Barcode (Long): A larger barcode located near the bottom of the label, which is highlighted with a red box and a callout indicating it will remain.
- GTIN (Global Trade Item Number): A blue box labeled 'GTIN' pointing to the long barcode.
- Fecha de caducidad (Expiration Date): A grey box labeled 'Fecha de caducidad' pointing to the long barcode.
- Número de lote (Lot Number): A grey box labeled 'Número de lote' pointing to the long barcode.

Callout 1: Este código de barras corto **se retirará** de las etiquetas de los productos.

Callout 2: Este código de barras largo **permanecerá** en las etiquetas de los productos.

Preguntas frecuentes

Respuestas a sus preguntas sobre el cambio en los códigos de barras de las etiquetas de los productos de Cook Medical

¿Qué cambiará en las etiquetas de los productos Cook?

En la actualidad, las etiquetas de nuestros productos tienen dos códigos de barras: uno corto, cerca de la parte superior de las etiquetas del producto, y uno largo, cerca de la parte inferior de dichas etiquetas. Vamos a eliminar el código de barras corto de las etiquetas de nuestros productos.

¿Cuándo tendrá lugar este cambio?

En abril de 2016, Cook comenzará a retirar los códigos de barras cortos que aparecen actualmente en las etiquetas. A partir de esta fecha, los códigos de barras cortos pueden seguir apareciendo en las etiquetas de productos impresos antes de abril de 2016 y en las etiquetas de productos procedentes de instalaciones de Cook que aún no hayan dejado de imprimir los códigos de barras cortos. Al cabo de un tiempo, todas las instalaciones de Cook dejarán de imprimir los códigos de barras cortos en las etiquetas de los productos Cook.

¿Por qué se van a retirar los códigos de barras cortos de las etiquetas de productos?

El código de barras largo contiene la información del código de barras corto. Al eliminar el código de barras corto, eliminaremos la redundancia y simplificaremos las etiquetas de nuestros productos.

¿A quién puede consultar si necesita ayuda?

- Póngase en contacto con el proveedor de software del lector de códigos de barras en los siguientes casos:
 - Si el lector no puede leer el código de barras largo.
 - Si el software no puede separar los datos de GTIN, número de lote y fecha de caducidad del código de barras.
- Póngase en contacto con el Shared Service Center de Cook en es.orders@cookmedical.com o llamando al +34 912702691 en el siguiente caso:
- Si el lector lee el código de barras largo, pero faltan datos o no se cargan en el sistema de software.

¿Qué información contiene el código de barras largo?

