


SVARBUS PRANEŠIMAS: „Cook“ gaminių etikečių brūkšinių kodų pakeitimas

Nuo 2016 m. balandžio mėn. „Cook Medical“ pradės laipsniškai atsisakyti vieno iš dviejų brūkšinių kodų, naudojamų gaminių etiketėse. Dabar mūsų etiketėse yra du brūkšniniai kodai: trumpasis brūkšninis kodas gaminių etikečių viršuje ir ilgas brūkšninis kodas gaminių etikečių apačioje.

Ilgajame brūkšniame kode yra gaminio GS1 pasaulinis parduodamos prekės numeris (GTIN), partijos numeris ir galiojimo pabaigos data. Trumpajame brūkšniame kode yra GTIN, kuris naudojamas ir ilgajame brūkšniame kode, todėl iš savo gaminių etikečių pašaliname trumpąjį brūkšninį kodą. Pašalinus trumpąjį brūkšninį kodą mūsų gaminių etiketės taps paprastesnės ir neliks perteklinės informacijos.

Jei turite klausimų, galite kreiptis į „Shared Service Center“ aptarnavimo centrą adresu ssc.distributors@cookmedical.com arba telefonu +353 61239240



The diagram shows a medical device label for a "Fixed Core Wire Guide Safe-T-J® Curved". It includes two reference numbers: REF TSCF-35-145-3 and REF G00511. A small barcode is located next to REF G00511. A red box highlights this small barcode with the text: "Šio trumpojo brūkšninio kodo **palaipsniui bus atsisakyta** gaminių etiketėse." (This short barcode will be **gradually discontinued** on product labels).

Below the device illustration, there is a larger barcode. A red box highlights this larger barcode with the text: "Šis ilgas brūkšninis kodas **išliks** gaminių etiketėse." (This long barcode **will remain** on product labels).

Below the larger barcode, a table identifies its components:

GTIN	Galiojimo pabaigos data	Partijos numeris
00827002005112	17	000004

The label also includes other information: "Rx only", "STERILE EO", "2000-00-00", "LOT Test12345", "2015-11-04", "COOK MEDICAL", "Cook Incorporated 750 Daniels Way Bloomington, IN 47404, USA MADE IN USA", "William Cook Europe ApS", "Dantek 6 DK - 4852 Sønderborg, DENMARK", and a CE mark.

Dažnai užduodami klausimai

Atsakymai į jūsų klausimus apie brūkšninių kodų keitimą „Cook Medical“ gaminių etiketėse

Kas pasikeis „Cook“ gaminių etiketėse?

Dabar mūsų gaminių etiketėse yra du brūkšniniai kodai: trumpasis brūkšninis kodas gaminių etikečių viršuje ir ilgasis brūkšninis kodas gaminių etikečių apačioje. Trumpąjį brūkšninį kodą pašalinsime iš savo gaminių etikečių.

Kada įvyks šis pakeitimas?

2016 m. balandžio mėn. „Cook“ pradės palaipsniui atsisakyti trumpųjų brūkšninių kodų savo etiketėse. Po šios datos gaminių etiketėse galite ir toliau matyti trumpuosius brūkšninius kodus, išspausdintus iki 2016 m. balandžio mėn., bei gaminių etiketėse iš „Cook“ padalinių, kurie dar nenustojo spausdinti trumpųjų brūkšninių kodų. Galiausiai visi „Cook“ padaliniai nebespausdins trumpųjų brūkšninių kodų „Cook“ gaminių etiketėse.

Kodėl šaliname trumpąjį brūkšninį kodą iš savo gaminių etikečių?

Ilgajame brūkšniniame kode yra trumpojo brūkšninio kodo informacija. Pašalinę trumpąjį brūkšninį kodą pašalinsime perteklinę informaciją ir supaprastinsime gaminių etiketes.

Į ką kreiptis prireikus pagalbos?

- Jei turite nurodytų problemų, kreipkitės į programinės įrangos tiekėją:
 - Skaitytuvas negali nuskaityti ilgojo brūkšninio kodo.
 - Programinė įranga negali brūkšniniame kode atskirti, kur yra GTIN, partijos numeris ir galiojimo pabaigos data.
 - Kreipkitės į „Cook“ Shared Service Center“ aptarnavimo centrą adresu ssc.distributors@cookmedical.com arba telefonu +353 61239240 iškilus šiai problemai:
 - Skaitytuvas nuskaityto ilgąjį brūkšninį kodą, bet trūksta duomenų arba jie neįkeliami į programinės įrangos sistemą.

Kokia informacija yra mūsų ilgajame brūkšniniame kode?

