



重要通知: 变更 Cook 产品标签上的条形码


自 2016 年 4 月起, 库克医疗将逐步淘汰产品标签上现有的两个条形码中的一个。目前, 我们的标签上有两个条形码: 一个是靠近产品标签顶端的短条形码, 另一个是靠近产品标签底端的长条形码。

长条形码包含产品的 GS1 全球贸易项目代码 (GTIN)、批号和失效日期。由于长条形码已经包含了短条形码所包含的 GTIN, 所以我们将产品标签上去掉短条形码。去掉短条形码将使我们的产品标签更简洁, 并会剔除冗余信息。

如果您有任何疑问, 可以联系我们的 Shared Service Center, 联系方式为:

chinacssupport@cookmedical.com 或者 +86 2154519599

sg.orders@cookmedical.com 或者 +65 62877888





常见问题

对于变更库克医疗产品标签上的条形码的问题解答

库克医疗的产品标签上会有什么变更？

我们的产品标签上目前有两个条形码：一个是靠近产品标签顶端的短条形码，另一个是靠近产品标签底端的长条形码。我们将去掉产品标签上的短条形码。

这一变更将从什么时候开始？

自 2016 年 4 月起，库克医疗将开始逐步淘汰我们标签上现有的短条形码。此后，在 2016 年 4 月之前印制的产品标签上，以及尚未停止印制短条形码的 Cook 工厂所印制的产品标签上，您还会看到短条形码。最终，所有 Cook 工厂将不再把短条形码印制在库克医疗的产品标签上。

我们为什么要从产品标签上去掉短条形码？

长条形码已经包含了短条形码中的信息。去掉短条形码可以剔除冗余信息，并简化我们的产品标签。

如果您需要帮助，可以联系谁？

- 如果您有以下问题，请联系您的条形码扫描软件供应商：
 - 扫描器无法读取长条形码。
 - 软件无法将条形码中的数据分为 GTIN、批号和失效日期。
- 如果您有以下问题，请通过 chinacssupport@cookmedical.com 或 +86 2154519599 联系 Cook 的 Shared Service Center 或 sg.orders@cookmedical.com 或者 +65 62877888：
- 扫描器可以读取长条形码，但条形码数据缺失或没有载入您的软件系统中。

我们的长条形码中有哪些信息？

