

重要通知：對 Cook 產品標籤上條碼的變更


自 2016 年 4 月起，Cook Medical 將逐步淘汰我們產品標籤上的兩種條碼之中的一種條碼。目前，我們的標籤上有兩種條碼：一種是靠近產品標籤頂部的短條碼，而另一種則是靠近產品標籤底部的長條碼。

長條碼包含產品的 GS1 全球交易品項碼 (GTIN)、批號和失效日期。因為長條碼已包含短條碼內所包含的 GTIN，所以我們將移除產品標籤上的短條碼。移除短條碼將使我們的產品標籤更簡潔，並消除多餘的資訊。

如果您有任何疑問，可以透過下列方式聯絡我們的 Shared Service Center：

cs.cahk@cookmedical.com 或者 +852 34721688

tw.orders@cookmedical.com 或者 +866 266281880



常見問題

關於 Cook Medical 產品標籤上條碼變更的疑問解答

Cook 產品標籤將有什麼變更？

我們的標籤上目前有兩種條碼：一種是靠近產品標籤頂部的短條碼，而另一種是靠近產品標籤底部的長條碼。我們將移除產品標籤上的短條碼。

什麼時候變更？

自 2016 年 4 月起，Cook 將逐步淘汰我們標籤上的現有短條碼。經過該日期後，您仍可能會在產品標籤上看到短條碼，即代表該產品標籤在 2016 年 4 月之前所印製，或是由尚未停止印製短條碼的 Cook 工廠所印製。最終，所有 Cook 工廠均將停止在 Cook 產品標籤上印製短條碼。

我們為什麼要從產品標籤上移除短條碼？

長條碼已包含了短條碼所提供的資訊。透過移除短條碼，我們將消除冗餘的資訊，簡化我們的產品標籤。

若您需要幫助，應與誰聯絡？

- 如有以下問題，請聯絡您的軟體提供者：
 - 掃描儀無法讀取長條碼。
 - 軟體無法將條碼中的資料分離為 GTIN、批號和失效日期。
 - 如有以下問題，請透過 cs.cahk@cookmedical.com 或 +852 34721688 聯絡 Cook 的 Shared Service Center 或 tw.orders@cookmedical.com 或 +866 266281880：
 - 掃描儀讀取了長條碼，但發生資料遺失情況，或是並未載入資料到您的軟體系統。

長條碼中包含哪些資訊？

